

●質問・回答表

物件名:AED 一式

| No | 質問 | | 回答 |
|----|----------------|---|--|
| | 質問項目 | 内容 | |
| 1 | バイリンガル機能を有すること | AEDの入札案件(鳴門総合運動公園野球場)の仕様書にあります【品質規格:バイリンガル機能を有すること】とありますが、本体ではなく紙ベース(A4等)で取り扱い説明を表記することでも構わないでしょうか。 | 本仕様において求めている「バイリンガル機能」とは、緊急時に日本語を解さない救助者であっても迅速かつ的確な操作が行えるよう、AED機器本体から英語等による音声ガイダンス等を発する機能を指します。別紙(紙ベース)での外国語取扱説明書の添付をもって、当該機能を代替することは認められません。 |