

仕 様 書

1 件 名 : 冷却遠心機

2 数 量 : 1 式

3 仕様等 : (1) 8に示す内容と同等もしくは、それ以上の機能を有する機器であるもの。

(2) 装置の納入完了日の翌日から1年間を無料保証期間とする。その期間においては、迅速な修理対応及び点検等のサービス体制が整備された供給人から納入される機器とする。

4 納入期限 : 令和9年2月26日

5 納入場所 : 徳島市不動本町2丁目140-3
徳島県食肉衛生検査所 2階 大型機器室とする。

6 納入要領 : (1) 納入日程、方法については、事前に協議のうえ本所職員の指示に従うこと。

(2) 本機器は据付調整の後、本所職員により仕様書を満たしていることの確認を実施し、納入の完了とすること。

(3) 取扱説明書を1部備えること。また、納入時に一般的な保守について説明を行うこと。

7 その他 : (1) 本機器の搬送、搬入、据付、調整、工事及び組立等については受注者で行い、その費用は受注者が負担すること。

(2) 本機器の納入の際には、受注者は発注者と十分に協議すること。

(3) 納品の際に発生する段ボール、発泡スチロール等は撤去すること。

8 調達機器の仕様は、次項のとおりとする。

仕 様

項 目	仕 様	参考銘柄
外形寸法	W760×D820×H1110(mm)以下であること。	トミー精工 NX-511F 久保田商事 S500FRL エッペンドルフ・ハイマ ック・テクノロジーズ CF18R
温度制御	1℃ステップ設定・表示、－9℃以下に設定できること。	
冷媒	ノンフロン冷媒であること。	
最高回転速度	225mL以上のコニカル管4本を処理する際、3,000rpm以上であること。	
電源	単相100Vであること。	
その他	225mL以上のコニカル管、100mlチューブ及び50mlチューブを処理するためのローターを装備すること。	