

応札仕様書

令和 年 月 日

徳島県自治研修センター所長 殿

住所又は所在地

商号又は名称

代表者役職・氏名

担当者名

連絡先電話番号

ファクリシミリ

E-mail

徳島県自治研修センターに設置する自動体外式除細動器(AED)の賃貸借			
基本性能・条件	可否欄	応札物品の品質規格等	判定欄※
医療機器として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)」の承認を受けていること。			
JRC蘇生ガイドライン(2020)に準拠していること。			
日本語での音声ガイドや胸骨圧迫のリズム音など、使用者を補助する機能を有すること。			
AED本体の機能又は付属部品の使用により、「未就学児」と「小学生～大人」のいずれにも対応できること。			
製造メーカーの公表する耐用年数が5年以上であること。			
難聴者及び中途失聴者の使用に配慮した機器であること。 【例】一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会から「耳マーク」の承認を得ているAEDである。			
AED本体、消耗品及び回路について、毎日セルフチェックを行う機能を有すること。			
使用可否をランプ等で表示し、目視で確認できること。			
遠隔での監視システムが利用でき、ウェブ上又はメール配信等でAED本体の状態や消耗品の期限を確認できる機能を有すること。			
AED本体に異常が発生した場合や消耗品の使用期限が到来する前に、AED管理担当者にその旨を通知する機能を有すること。			

※判定欄は記入しないこと。

納入期限 : 令和5年9月1日(金)

納入場所 : 徳島県自治研修センター

特記事項

- ①運搬、搬入、調整の経費を含む。
- ②必要な乾電池を附属すること。
- ③納入前に必ず徳島県自治研修センター担当者と打合せすること。