

令和6年12月13日

仕様書等に関する質問書に対する回答

No.	資料名	項目・番号等	質問	回答
1	仕様書	1-1-1	手術台 本体のテーブルトップ幅はL2,100×W500mm以内であること。とありますが当社ご提案の手術台は本体のテーブルトップ幅がL2,047×W600mmです。範囲外ですが仕様を満たすと判断して宜しいでしょうか。	仕様書を「手術台 本体のテーブルトップ幅はL2,100×W600mm以内であること。」に変更します。
2	仕様書	1-1-2	手術台 本体のベース寸法はL1,250×W490mm以内であること。とありますが当社ご提案の手術台は本体のベース寸法がL900×W580mmです。範囲外ですが仕様を満たすと判断して宜しいでしょうか。	仕様書を「手術台 本体のベース寸法はL1,250×W580mm以内であること。」に変更します。
3	仕様書	1-1-8	最大スライド量(手動)は縦方向710mm、横方向200mm程度であること。とありますが当社ご提案の手術台は最大スライド量(手動)が縦方向400mm、横方向200mmです。仕様を満たすと判断して宜しいでしょうか。	最大スライド量(手動)について、縦方向400mm、横方向200mmも可とします。
4	仕様書	1-1-34	上肢固定バンドの寸法は幅120mm×長さ900mm程度であること。とありますが当社ご提案の手術台は上肢固定バンドの寸法が幅120mm×長さ500mmです。仕様を満たすと判断して宜しいでしょうか。	上肢固定バンドの寸法について、幅120mm×長さ500mmも可とします。